

ZAPISNIK

Sastaojen 28. prosinca 2019. godine u Gornjem Stupniku, Gornjostupnička br. 11 radi utvrđivanja stanja aparata za kavitaciju, RF, Lipolaser i Vakuum, Model: E 22 u vlasništvu tvrtke MED-OR održavanje d.o.o. iz Zagreba, Uldrika Donadinija 20, OIB: 92674509671

Prisutni: Privremeni stečajni upravitelj Janko Vidicek
Direktorica tvrtke MED-OR održavanje d.o.o.
Žaklina Medica, Gornji Stupnik 11,
OIB: 22884557353

Pregledom aparata za kavitaciju prema načelu „okni vidljivih oštećenja i nedostataka“ ustanovljeno je:

1. Sonda za RF je potrgana,
2. Ručka za Vakuum RF i Lipolaser je pregorjela i razbijena
3. Panel za pokretanje (touch screen) ne radi jer je pregorjela elektronika.

Zaključak: Aparat je oštećen i pregorjele elektronike i da je popravak neisplativ. I obzirom na amortiziranost aparata i tehničko stanje vrijednost mu je 0 kn.

Direktorica:

ŽAKLINA MEDICA

Žaklina Medica



PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVITELJ:

JANKO VIDICEK

Janko Vidicek